




STEELPRO
— SAFETY® —

RESPIRADOR
RESPIRADOR M99P2
KN95 DESCARTABLE

CARACTERISTICAS

- Diseño plegable y ergonómico.
- Banda elástica textil electro selladas sin clip metálicos.
- Cómodo y de fácil ajuste.
- Cumple requerimientos GB2626:2006/KN95.
- Cumple requerimientos EN 149:2001+A1:2009 (Directiva 2016 / 425 / EU).
- Caja por 50 Unidades.
- Fácil de identificar gracias al logo impreso Steelpro.

**EMPAQUE CAJA X50 UNIDADES
(5 BOLSAS X 10 UNIDADES)**



**CE FFP2
EN149:2001**

REFERENCIA CÓD: 501306

GB2626:2006/KN95

COMPUESTO POR 5 CAPAS



**CAPA EXTERNA
E INTERNA FABRICADA
EN MATERIAL TEXTIL**



**TRIPLE CAPA
FABRICADA EN
POLIPROPILENO
CARGADA
ELECTROSTÁTICAMENTE**






**CLIP NASAL
DE AJUSTE**



**BANDAS ELECTRO
SELLADAS**



**DISEÑO ANATÓMICO
COMPATIBLE
CON USO DE
COPAS AUDITIVAS**



DECLARATION OF CONFORMITY

HEREBY WE WOULD LIKE TO CERTIFY THAT THE PRODUCT 501306 FULFILL THE SAFETY REQUIREMENTS OF THE DIRECTIVE 2014/425/EU / STANDARD EN 149:2001+A1:2009

501306
M99P2 KN95 DISPOSABLE MASK

This disposable facemasks acts as a protective barrier to prevent splashes, sprays, large droplets, or splatter from entering the wearer's mouth and nose.

Helps prevent the wearer from spreading respiratory droplets.

Can be used in industrial workplaces as a protective barrier against mono-dispersed particles filtering out airborne particles.

Can not be used in atmospheres with less than 19.5% oxygen levels, toxic, and/or explosive atmospheres.

VICSA STEELPRO COLOMBIA S.A.S
NIT: 900.148.269-5/Cd SIC: 900148269
Km 7 Autopista Medellin Celta Trade Park
Lote: 49 / Bodega: 1-2 Furza - Colombia

STEELPRO
SAFETY®

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EN149:2001 + A1:2009

El progreso es de todos | **Mincomercio** | **VUCE Importaciones** | **VISTO BUENO**

Instituto Nacional de Vigilancia de Med. Alm

Número solicitud: TMR-1-0067814-20200420
Número Visto Bueno: VINVIMA-20-0040021 | Fecha aprobación o negación: 2020-04-23 04:19:43 PM
Concepto de visto bueno: Aprobado | Fecha vencimiento aaaa-mm-dd:

DESCRIPCIÓN y/o OBSERVACIONES

OK TECNICO.
MERCANCIA NUEVA.
PRODUCTO: Mascarilla KN95.
FABRICANTE: putian zhongjin shoes co Ltd.
SE VALIDA CERTIFICADO ICR Polska/CE/IV01RE545 EN LA PAGINA <https://icrpolska.com/en/> EMITIDO POR AGENTE NOTIFICADOR AUTORIZADOR POR UNIÓN EUROPEA.
DISPOSITIVOS MEDICOS DECLARADO VITAL NO DISPONIBLE DURANTE LA VIGENCIA DE LA DECLATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 522 DEL 28 DE MARZO DE 2020 Y PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNOSTICOS IN VITRO ACTA 3 DEL 24 DE MARZO DE 2020

El importador deberá garantizar lo siguiente:

El almacenamiento de los productos importados en las condiciones establecidas por el fabricante, que garanticen calidad y seguridad de los mismos.

Se deberá reportar cualquier evento o incidente adverso que se genere asociado al uso de los Dispositivos Médicos al Programa Nacional de Tecnovigilancia, de acuerdo con los tiempos establecidos en la Resolución 4515 de 2008, en la opción "Reporte FORESA", a través del Aplicativo Web: farmacoweb.invima.gov.co/Tecnovigilancia/

Con el fin de garantizar la trazabilidad de los productos ingresados a Colombia, cuando el Invima lo requiera, el importador deberá informar la cantidad de productos que ha importado al país, así como los destinatarios de los mismos.

NOTA: Señor importador, una vez realizada la nacionalización de los productos importados para la atención del COVID- 19, por favor adjunte los siguientes documentos y datos al correo importacioncovid19@invima.gov.co

1. Registro de importación o licencia aprobada por VUCE.

Fecha hora: 2020/04/23 04:19:43 PM
AC: AC BUE DMYCANIA

P 1 / 2

REGISTRO INVIMA VINVIMA-20-0040021

GRACIAS POR PREFERIRNOS

STEELPRO
SAFETY®

PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITA

WWW.STEELPROCOLOMBIA.COM

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

